

Angaben lt. Medizinprodukterecht	
<i>Pflichtangaben nach Medizinprodukterecht und §§ 5a, 5b UWG</i>	
Bezeichnung des Medizinproduktes	Pulsoximeter PON684
Hersteller mit Adresse	Beijing Choice Electronic Technology Co. Shuagnyuan Road 9, Shijingshan District 100041 Beijing
Anwendungsbereich/ Wirkung	Ermittlung der Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz
Anwendungshinweise	Die Messung sollte in einer ruhigen Umgebung stattfinden. Vermeiden Sie übermäßige Bewegung vor oder während der Messung
Hinweis zur Aufbewahrung	Das Produkt sollte in einem Temperaturbereich von -25°C bis + 70°C sowie <93% Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.
etwaige Warnhinweise	
Verkaufseinheiten	1

Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.